

Fecha Recibido: _____ Revisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **ANJ642B** Fecha Inicio: **16/04/21** Hora: **12:12** Fecha Fin: **16/04/21** Hora: **11:53**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	CANTIDAD	CLASE	CAUSA	DESCRIPCIÓN	ANTIGÜEDAD	IMPACTO	PREVENIDO	REPARADO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLENOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fijo a 0"				BASE	MARCA	RUEDAS		
					(D-40)	(D-50)	(D-51)				(D-10)	(D-11)	(D-12)		
10019	4.0	37.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Plant. Correctura ES	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba: 2 min				Generó Alarma	No									
2. RUIDO EXTRAÑO	SI				3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena					4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila G.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.6V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudado a tiempo	agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	plujometro	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Clase Bujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LA - LD - ES)	ES
2	Fijo Mando	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED fijo y LED amarillo y (LA-LO-ES)	lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de fijo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLENOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fijo a 0"				BASE	MARCA	RUEDAS		
					(D-40)	(D-50)	(D-51)				(D-10)	(D-11)	(D-12)		
10011	6.3	98.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Fuercera Correctamente Verificada	