ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/06/2018
	Página 1 de 2

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-101BB	Fecha Inicio	14/04/21 7:51	Fecha Fin	16/04/21 9:58

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE TURNO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	NO. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

DETALLE ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (50%-55%)	FLUJOMETRO (10 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (10 lpm)	Pila (5.0Vdc)	"Flujo a 0" (LO-DS)	REJILLAS (10 lpm)	FILTROS (10 lpm)	BASE (10 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 lpm)	MANGUERA (10 lpm)	RUEDAS (10 lpm)	OBSERVACIONES
	11385	6.2	95.1	5	5	5	ES	5	5	5	5	5	5	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Generó Alarma		SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.0. V	Verifica voltaje de la pila	9.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Bajómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - DS)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-DS)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (50%-55%)	FLUJOMETRO (10 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (10 lpm)	Pila (5.0Vdc)	"Flujo a 0" (LO-DS)	REJILLAS (10 lpm)	FILTROS (10 lpm)	BASE (10 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 lpm)	MANGUERA (10 lpm)	RUEDAS (10 lpm)	OBSERVACIONES
	11389	6.1	93.4	5	5	5	ES	5	5	5	5	5	5	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.