

Fecha Remisión: _____ Remisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **NV-3493B** Fecha Inicio: **17/01/21 7:45** Fecha Fin: **17/04/21 10:03**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI: _____ NO: **X** **FECHA INICIO AISLAMIENTO**: _____ **FECHA FIN AISLAMIENTO**: _____

TIPO DE DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ALTORE	REVESTIDO CAMBIADO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELAJAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (1-10)	Pila (10-15)	"Fijo a F" (15-20)				BASE (11-102)	BARRA (101-103)	DIANA		
	7629	6.1	96.3	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI			Mnt. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 horas		Gener. Alarma		X		SI		CUE?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Buena															
7. CONTROL DE TEMPERATURA															
Buena SI Con Sobrecalentamiento															

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Fijo # 0 (Cierre 3/4 de vuelta)	Se verifica activación de alarma (LL - 10 - E5)	ES
2	Fijo 10mm	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (LL-LD-E5)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de albe	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELAJAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fijo a F"				BASE (11-102)	BARRA (101-103)	DIANA		
	7631	6.2	95.8	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI			Puntuación Correctamente Wldmar G.