



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 10
 Código: CAD-045-FR-009
 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/06/2018
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Servicio #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **MU-1542B** Fecha Inicio: **20/04/21** (10:21) Fecha Fin: **20/04/21** (11:43)

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO Y FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CUAKE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	BI. REPORTE	REPUERTO CAMBIADO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (D-40)	Pila (D-40)	"Plugi a B" (D-40)	(D-40)	(D-40)	(D-40)				BASE (D-40)	RUEDA (D-40)		
	15600	6.5	97.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI			Inst. Preventivo	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Genero Alarma		N/A		D		Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena X		Mala		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	4. Bu
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o falta	OX
6	Otras		parte
7	Otras		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulator)	Se verifica activación de alarmas (L1-L2-E2)	ES
2	Flujo Menor	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (S1-LD-E5)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ochavo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Ochavo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ochavo
6	Otras		
7	Otras		
8	Otras		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (D-40)	Pila (D-40)	"Plugi a B" (D-40)	(D-40)	(D-40)	(D-40)				BASE (D-40)	RUEDA (D-40)		
	15602	6.3	97.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI			Función Correctamente	

FIRMA MANTENIMIENTO: *Wilmarly*