



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OAS/MAA-PR-009
Version: 1 Fecha Actualización: 28.08.2018
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Acceptor Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: 7F5AB252020000084 Fecha Inicio: 21/04/21 8:01 Fecha Fin: 21/04/21 13:46

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, IG. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes handwritten entry: filtro control.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

Table with columns: En Mantenimiento (HOROMETRO, PRESION, OJOMETRO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes: 1203, 63, 97.0, 4i, 2 horas, Bueno.

SET DE PRUEBAS: Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes handwritten results: SU, OX, OX, OX, OX, OX, OX.

REPUESTOS USADOS: Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

PRUEBAS ESPECIALES PARA EL EQUIPO: Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes handwritten results: ES, Lo, activo, Obrero, activo.

Table with columns: En Mantenimiento (HOROMETRO, PRESION, OJOMETRO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes: 1203, 61, 96.9, 4i, 5i, 5i, ES, 5i, 5i, 5i, 5i, 3i, 3i, Finisera, Constante, Wilmar G.