



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OAD-MAN-PR-008
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/08/2010
Página 1 de 2

Fecha Recepción, Remoción #, Auxiliar Mantenimiento, No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO: Código Equipo: AN-4815 B, Fecha Inicio: 21/04/21 7:56, Fecha Fin: 21/04/21 9:28

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI, NO (checked), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, IG. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes a section for DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE.

ÁREA DE MANTENIMIENTO

Table with columns: En Mantenimiento (HORÓMETRO, PRESIÓN, OMBREGIO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, "Flujo a 2"), REJILLAS, FILTROS, MARE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like 'Hant. preven bus' and 'Buena'.

LISTA DE PRUEBAS: Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for pressure, leaks, electrical connections, and alarm.

REPOSICIÓN DE PIEZAS: Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CAUS, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CAUS.

PRUEBAS ESPECIALES PARA VERIFICACIÓN DE LAS LAMINAS PULVERIZADORAS EN CONCENTRADORES: Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for pressure, flow, and alarm activation.

Table with columns: En Mantenimiento (HORÓMETRO, PRESIÓN, OMBREGIO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, MARE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like 'funciona correctamente'.