



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Código: GADM-PM-008  
Versión: 1 Fecha Actualización: 25/08/2014  
Página 1 de 3

Fecha Mantenimiento: \_\_\_\_\_ Remanente: \_\_\_\_\_ Ajuste Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipos: **MV-4357B** Fecha Inicio: **23/04/21** 9:37 Fecha Fin: **24/04/21** 16:51

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

FALLA	SIGLO	ELASE BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUERTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACILITY

ÁREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	NÚMERO DE IDENTIFICACION	PRESIÓN	CURSOS	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	PIA (SI/NO)	"Viga a B" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MANEJA (SI/NO)		
8119	6.3	44.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Plant. pruebas
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		7 HORAS		Operar Normal		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS														
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

Nº	Prueba / Descripción	Resultado
1	Estado PIA S.S. V	Se verifica estado de la pila
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de alarma a fuerte
6	Otra	
7	Otra	

Resultado: **6.70**  
**SI**  
**SI**  
**SI**  
**SI**  
**fuerte**

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

Nº	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1, L2, E2)	
2	Flujo Normal	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) (L1-L2E)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión rápida de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula en línea	Operar manguea de salida de aire de compresor	
6	Otra		
7	Otra		
8	Otra		

Resultado: **ES**  
**SI**  
**activo**  
**activo**  
**activo**

En Mantenimiento	NÚMERO DE IDENTIFICACION	PRESIÓN	CURSOS	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	PIA (SI/NO)	"Viga a B" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MANEJA (SI/NO)		
8119	6.3	44.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	funcionara correctamente Firma Mantenimiento: <b>Wilma C.</b>