



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAD-MSA-PR-008
Fecha Actualización: 05/08/2010
Página 1 de 2

Table with columns: Fecha Emisión, Revisión #, Auxiliar Mantenimiento, No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: *1. N-893B* Fecha Inicio: *29/04/21 7:55* Fecha Fin: *29/04/21 9:31*

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO (SI/NO)

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO
En Mantenimiento: *15142*
PRUEBAS DE ALARMA: *Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si*
1. CICLADO: *7 hora*
2. RUIDO EXTRAÑO: *Si*
3. ESTADO DE MANGUERAS: *Buenas*
4. SISTEMA DE REFRIGERACION: *Si*
5. DAÑOS IDENTIFICADOS
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: *Bueno*
7. CONTROL DE TEMPERATURA: *Buena*
8. Ruedas: *Si*
Observaciones: *Real. Correctivo*

SECUENCIA DE PRUEBAS
No. Prueba Descripción Resultado
1 Estado Pila 5.5 V Verifica voltaje de la pila *4.9V*
2 Prueba de Fugas Se verifica conexión neumática del equipo *OK*
3 Conexión eléctrica Se verifican las conexiones eléctricas del equipo *OK*
4 Conexión electrónica Se verifican las conexiones electrónicas del equipo *OK*
5 Prueba de alarma Se verifica sonido al ser agitado a fuerte *perke*
6 Otros
7 Otros
Descripción del diagnóstico identificado

REPUESOS USADOS
CODIGO DESCRIPCIÓN CANT. CODIGO DESCRIPCIÓN CANT.
Fami 2
Kingora fami 2

PRUEBAS ADICIONALES PARA VERIFICACIÓN DE LAS VARIABLES MENCIONADAS EN CONSULTACIÓN
No. Prueba / Simulación Descripción Resultado
1 Flujo + D (Cera Suplemento) Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - R3) *Lo*
2 Flujo Mayor Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo y LED amarillo) (L1-L3-R3) *Lo*
3 Desconexión eléctrica Activación alarma sonora *Bueno*
4 Desconexión tapera de flujo Desconecta línea eléctrica *Bueno*
5 Activación de válvula de aire Obstruir manguera del salida de aire de compresor *Bueno*
6 Otros
7 Otros
8 Otros

En Mantenimiento: *15142*
PRUEBAS DE ALARMA: *Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si*
Observaciones: *Correcto funcionamiento*
Firma Mantenimiento: *Walter G.*