

Fecha Realización: _____ Remisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **MV-42900** Fecha Inicio: **29/04/21 10:45** Fecha Fin: **30/04/21 9:08**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA: SI NO X **FECHA INICIO AISLAMIENTO:** _____ **FECHA FIN AISLAMIENTO:** _____

FALLA	DATO	CLASE DATO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIPO REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

DETALLE DE LAS ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (D-NO)	PIA (D-NO)	"Fijo a F" (D-NO)	REJILLAS (D-NO)	FILTROS (D-NO)	BASE (D-NO)				BASE (D-NO)
	12478	6.598.5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Mant preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		No X		SI		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No b		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena X		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena b Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento				

Nº	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.00
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	parte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

Nº	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fijo a 0 (Clara Sujinación)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	ES
2	Fijo Manual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LD-ES)	La
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de zólo	Obstacul reanque de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (D-NO)	PIA (D-NO)	"Fijo a F" (D-NO)	REJILLAS (D-NO)	FILTROS (D-NO)	BASE (D-NO)			
12478	6498.3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: *Kilmar G.*