de 1 — Tamaño automático

OXPro
OXÍGENOS MEDICINALES
NIT. 900.481.014-0

Nº 9670458
OX-OV 020777

ORDEN DE VISITA
LINEA DE ATENCIÓN AL USUARIO BOGOTÁ 4320520
LINEA DE ATENCIÓN AL USUARIO EJE CAFETERO: 3302770-3401511-3147912353

Código: GCX-SEO-FR-02 | Fecha: Agosto 04 de 2017 | Versión: 3 | Página 1 de 2

INFORMACIÓN DE PROGRAMACIÓN

Paciente	Carlos Peña	Documento	2829430	Dirección	Calle 648 #111-58	Fecha	2 8 21
Entidad	Compensar EPS	Teléfono	3178406883	Consumo	2.000 LT	Autorización	
Solicitante	Carlos Peña	Parentesco	Paciente		Teléfono	3178406583	

ORDEN DE SERVICIO

Nro. Orden	Tipo de Servicio	Observación
130403365	Mant. A domicilio	OK.

REVISIÓN TÉCNICA

Presión O2	Flujo	Concentración	Filtro de aire	Hora Con/trador	Código
6.3	2.0	93.4	☐ Cambio ☒ Limpieza	962	0021FA

EQUIPOS: MOVIMIENTOS, INVENTARIO Y ESTADO

Códigos Equipos Entregados

CONCENTRADOR
C. RESPALDO
REGULADOR 540
C. PORTATIL
REGULADOR 870
CARRITO P.



Códigos Equipos Recogidos

CONCENTRADOR
C. RESPALDO
REGULADOR 540
C. PORTATIL
REGULADOR 870
CARRITO P.

EQUIPOS PRESENTES EN EL DOMICILIO

CONCENTRADOR	☒	☐	C. RESPALDO	☐	☐	C. PORTATIL	☒	☐	REGULADOR 540	☐	☐	REGULADOR 870	☒	☐	CARRITO	☒	☐