



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: QAD-004-FR-009
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/09/2016
Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Revision # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: **NN-1070B** Fecha Inicio: **02/18/16 12:25** Fecha Fin: **02/18/16 2:42**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DATE	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACILITADOR

En Mantenimiento: MONITOREO PRESION OXIGENO FLEQUEO

PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI/NO) Pila (SI/NO) "Falso a 0" (SI/NO) RESELLAS (SI/NO) FILTROS (SI/NO) BASE (SI/NO) CÓDIGO DE BARRAS (SI/NO) RUEDAS (SI/NO)

1. DICLADO: Tiempo de la prueba: **90 min** Genero Alarma: No Motos: 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena Mala

2. RUIDO EXTRAÑO: SI No 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena Mala 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Con Sobrecalentamiento

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **Buenas**

OBSERVACIONES: **Mnto Preventivo**

No.	Prueba / Sensación	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifico voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión óptica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo e fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

COODGO	DESCRIPCION	CANT	COODGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Sensación	Descripción	Resultado
1	Falso a 0 (Corte Sujector)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - D2)	ES
2	Falso Muestra	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo a LED Amarillo y (L1-L2-D2))	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión lógica de Bajo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alido	Obtención muestra de acción de aire de consumo	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento: MONITOREO PRESION OXIGENO FLEQUEO

PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI/NO) Pila (SI/NO) "Falso a 0" (SI/NO) RESELLAS (SI/NO) FILTROS (SI/NO) BASE (SI/NO) CÓDIGO DE BARRAS (SI/NO) RUEDAS (SI/NO)

1/18/16 6.8 96.1 SI SI SI ES SI SI SI SI SI SI

FORMA MANTENIMIENTO: _____