ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión 1	Fecha Actualización: 23/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-347B | Fecha Inicio: 02/08/21 9:57 | Fecha Fin: 02/08/21 11:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA REPORTADO/OPERACIÓN DEFECTUOSA

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No
						SI		No

TRABAJOS ADICIONALES REALIZADOS POR PRESENTE

DATOS DEL EQUIPO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUXÓMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20-30s)	Pila (10-15s)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (1l-1m)	FILTROS (2l-3m)	BASE (1l-1m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10-14D)	BANDEJA (10-14D)	RUEDAS (1l-1m)	OBSERVACIONES
	24866	63	97.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genera Alarma	[X]	SI [ ]	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	[X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena [X]	[ ]	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena [X] [ ] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.7v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Ok fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rejillas)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flujo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUXÓMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20-30s)	Pila (10-15s)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (1l-1m)	FILTROS (2l-3m)	BASE (1l-1m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10-14D)	BANDEJA (10-14D)	RUEDAS (1l-1m)	OBSERVACIONES
	24868	63	97.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: