



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OADMAR-FE-004
Versión 1 Fecha Actualización: 02/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Recepción: [] Revisiones: # [] Acortar Mantenimiento: [] No. Orden: []

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Código Equipo: **M-29103** Fecha Inicio: **02/08/21 9:39** Fecha Fin: **02/08/21 19:48**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [] NO **Y** FECHA INICIO AISLAMIENTO: [] FECHA FIN AISLAMIENTO: []

FALLA	CAUSAS (R/AL) (BAJO)	DESCRIPCION	CANTIDAD	ES REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ORIGINAL Y DATOS POR PROPUNTO

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	MARE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (1-1)	Pila (2-4)	"Falso a F" (3-5)				BASE (10-10)	MARCA (10-10)		
	1490	6.3	94.7	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Plant preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 horas		Gener. Alarma						Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI			3. ESTADO DE MANGUERAS			Midas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		5		Con Selenoantimonio			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Examen Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Comprobación eléctrica	Se verifican las condiciones eléctricas del equipo	OK
4	Comprobación electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	OTRA:		
7	OTRA:		

Desarrollar del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga # 2 (Cable Registrado)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	ES
2	Fuga Muestra	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo y LED amarillo y (L1-L2-E2))	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	CERRADO
4	Desconexión línea de Eje	Desconecta línea eléctrica	CERRADO
5	Activación de válvula de alivio	Cerrar válvula de salida de aire de compresor	CERRADO
6	OTRA:		
7	OTRA:		
8	OTRA:		

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	MARE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (1-1)	Pila (2-4)	"Falso a F" (3-5)				BASE (10-10)	MARCA (10-10)		
	1490	6.9	94.7	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Funerao Conecta mente Wilmar L.