

Fecha Revisión: \_\_\_\_\_ Revisión #: \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
 Código Equipo: **MP-893 B** Fecha Inicio: **02/08/12** 8:04 Fecha Fin: **02/08/12** 9:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA	DAÑO	CAUSE DAÑO	DESCRIPCION		CANTIDAD	K. REPARTE	RESPUESTO CAMBIADO
							SI NO
							SI NO
							SI NO
							SI NO
							SI NO
							SI NO
							SI NO

DETALLES ADICIONALES O DAÑOS PERTINENTES

En Mantenimiento	HONORARIO	PRESION	OVERHEU	FALLOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES			
					Desconexión (30-30)			Pila (30-30)			"Fugo a P" (30-30)			CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	
					(30-30)	(30-30)	(30-30)	(30-30)	(30-30)	(30-30)	(30-30)	(30-30)	(30-30)	(30-30)		(30-30)		(30-30)
	15740	6.1	98.0	SI	SI	SI	LO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Manl. preventivo		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min	Gener. Alarma	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2. RUEDA EXTRAÑO	SI	NO	SI	3. ESTADO DE MANGUERAS	SI	NO	SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.0v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o falta	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CUANDO	DESCRIPCION	CANT	COLEADO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre Regámetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - L3)	LO
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarmas visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) (L1-L2-L3)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Absorción de válvula de año	Cobrir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HONORARIO	PRESION	OVERHEU	FALLOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES			
					Desconexión (30-30)			Pila (30-30)			"Fugo a P" (30-30)			CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	
					(30-30)	(30-30)	(30-30)	(30-30)	(30-30)	(30-30)	(30-30)	(30-30)	(30-30)	(30-30)		(30-30)		(30-30)
	15740	6.0	97.0	SI	SI	SI	LO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

PRIMA MANTENIMIENTO: **Firma Correctamente**