



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: G4C-09M-PS-008
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/03/2018
Página: 1 de 2

Fecha Recibido: _____ Servicio #: _____ Asesor Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **D17200918237** Fecha Inicio: **02/09/21** Hora: **8:03** Fecha Fin: **02/09/21** Hora: **9:44**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	LA. REPORTE	REQUERIDO CAMBIADO
						No
						No
						No
						No
						No
						No
						No
						No

DETALLES ADICIONALES PARA COMPLEMENTAR

En Mantenimiento	MONOMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (DISE)		PBA (DCAU)		Tiempo a E (DUSA)		RELLAS (RRA)	FILTROS (FRA)	BASE (BBA)	BASE (D-100)				MARM (D-100)	DCAU
					(DISE)	(DCAU)	(DUSA)	(DUSA)	(RRA)	(FRA)									
	555	8.4	98.4	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI			Hant. preventivo			
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		No	X	SI										
2. RUIDO EXTRAÑO	SI				3. ESTADO DE MANQUERAS		Bueno	X						4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Malo		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																			
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno			SI	Con Sobrecalentamiento								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		fuerte
7	Otros:		

CICLADO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Flujo = 9 (Cierre fijación)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - RS)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma silenciosa y sonora (LED rojo e LED amarillo y (LLD-RS)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Observo mangos de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	MONOMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (DISE)		PBA (DCAU)		Tiempo a E (DUSA)		RELLAS (RRA)	FILTROS (FRA)	BASE (BBA)	BASE (D-100)				MARM (D-100)	DCAU
					(DISE)	(DCAU)	(DUSA)	(DUSA)	(RRA)	(FRA)									
	555	8.4	98.1	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI			Funciona correctamente Wilmer G.			