ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAS-MAN-FR-009
Versión: 1 | Fecha Actualización: 03/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Revisión: | Revisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: DM130B150688 | Fecha Inicio: 02/08/21 9:03 | Fecha Fin: 02/08/21 10:48

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

ENTREGA REPORTADO DIRECTAMENTE AL SERVICIO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

OBSERVACIONES ADICIONALES DADO POR EL ACIENTE:

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 95%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (10 lts)	Pila (10 lts)	"Flujo a 0" (0.0 lts)	REJILLAS (10 lts)	FILTROS (10 lts)	BASE (10 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 - 100)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA (10 - 100)	RUEDAS (10 lts)	OBSERVACIONES
4039	8.3	97.3	5:	5:	5:	N.A	5:	5:	5:	N.A	5:	5:	Mant. Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Genera Alarma: NA [X] SI [ ] Cual? | 2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena 5: | Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clavo flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 95%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0.0 lts)	Pila (10 lts)	"Flujo a 0" (0.0 lts)	REJILLAS (10 lts)	FILTROS (10 lts)	BASE (10 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 - 100)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA (10 - 100)	RUEDAS (10 lts)	OBSERVACIONES
4040	8.3	96.8	5:	5:	5:	N.A	5:	5:	5:	N.A	5:	5:	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.