ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GADMAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 09/02/2018
Página 1 de 3	

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: MN-3562B | Fecha Inicio: 02/09/21 8:05 | Fecha Fin: 02/09/21 9:38

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA REPORTADO DISPARACIÓN DE ALARMA

FALLA	DAÑO	FALTE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

LISTA DE VERIFICACIÓN

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (94% - 99%)	FLUJÓMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pila (1 KHz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (51 Hz)	FILTROS (50 Hz)	BASE (50 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (51 - 52)	MANILLA (52 - 54)	RUEDAS (52 Hz)	OBSERVACIONES
	28279	6.4	98.2	5 l/m	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto 7. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba:	90 min	General Alarma:	No [X]	Si [ ]	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas [X]	Malas [ ]	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X] / Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6,5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

LISTA DE REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Verificación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Sujetamtro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo a LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tolpta de flujo	Desconecta fuea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (94% - 99%)	FLUJÓMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pila (1 KHz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (51 Hz)	FILTROS (50 Hz)	BASE (50 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (51 - 52)	MANILLA (52 - 54)	RUEDAS (52 Hz)	OBSERVACIONES
	28359	6.1	97.5	5 l/m	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.