ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/09/2018
	Página 1 de 3

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN - 4246B	Fecha Inicio	07/08/21 8:20	Fecha Fin	03/08/21 9:56

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

EDITADA, REPORTADO OPERADOR DE EQUIPO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
			filtro lateral	4		Si	K	No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HIGRÓMETRO (RH)	PRESIÓN (6–7 PSI)	OXIGENO (90%–95%)	FLUJOMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LOW)	HUELLAS (5 l/min)	FILTROS (5 l/min)	BASE (5 l/min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 l/min)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA (5 l/min)	RUEDAS (5 l/min)	OBSERVACIONES
22965	6.5	97.9	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No X	SI		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL – LB – ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LB-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tubería de flujo	Desconecte línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIGRÓMETRO (RH)	PRESIÓN (6–7 PSI)	OXIGENO (90%–95%)	FLUJOMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LOW)	HUELLAS (5 l/min)	FILTROS (5 l/min)	BASE (5 l/min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 l/min)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA (5 l/min)	RUEDAS (5 l/min)	OBSERVACIONES
22965	6.4	97.8	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.