

OPRO		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMA 00					
						Código: 040-0000-000-000					
						Unidad 1 Fecha Actualización: 03/03/2019					
						Página 1 de 3					
Fecha Revisión	Revisión #	Asesor Mantenimiento				No. Orden					
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO											
Código Equipo	Nº 3881B		Fecha Inicio	03/09/21	E.O.	Fecha Fin	03/09/21				
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO					
FALLA	CARGO	CALIBRADO	DESCRIPCIÓN			CARTUJO	ELÉCTRICAS	RECURSOS CAMBIADO			
							SI	No			
							SI	No			
							SI	No			
							SI	No			
							SI	No			
							SI	No			
							SI	No			
DEFECTOS ADVERTIDOS POR PACIENTE											
OBSERVACIONES											
Mant. Correcto											
1. CICLADO											
En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA		REJILLAS		FILTROS		BAÑE			
INDICADOR	PRECIÓN	CICLADO	FLUJOMETRO	DESCONEXIÓN	PILA	"FLUJO A F"	REJILLAS	FILTROS	BAÑE		
(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
SI	6.5	96.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		SI		Cud?			
2. RUEDA EXTRAÑA		SI		3. ESTADO DE MANGUERAS		SI		4. SISTEMA DE REFRIGERACION			
4. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI			
No.		Prueba / Descripción		Descripción		Resultado					
1		Estado Pila S.S. V		Verifica voltaje de la pila		SI					
2		Prueba de Fugas		Se verifica conexión neumática del equipo		OK					
3		Conexión eléctrica		Se verifican las conexiones eléctricas del equipo		OK					
4		Conexión electrónica		Se verifican las conexiones electrónicas del equipo		OK					
5		Prueba de alarma		Se verifica sonido al estar agitado o fuerte		fuerte					
6		Otras:									
7		Otras:									
Descripción del diagnóstico identificado											
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT						
	Cable de poder	1									
OBSERVACIONES											
funciona Correctamente											
En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA		REJILLAS		FILTROS		BAÑE		OBSERVACIONES	
INDICADOR	PRECIÓN	CICLADO	FLUJOMETRO	DESCONEXIÓN	PILA	"FLUJO A F"	REJILLAS	FILTROS	BAÑE		
(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
SI	6.4	94.9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO	
										Wlmer G.	