OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-036
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/06/2019
Página 1 de 2	

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-3850B	Fecha Inicio	04/8/21 12:22	Fecha Fin	04/8/21 2:07

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

REVISIÓN SUPERVISADO DESPUÉS DE SALIDA DE EQUIPO

FALLA	DAÑO	CORRECCIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO ENTREGADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

PRUEBAS REALIZADAS DADOS POR PACIENTE

PRUEBAS REALIZADAS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (10 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (10 Hrs)	Pila (10 Hrs)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RELILLAS (5V-5Hz)	FILTROS (5V-5Hz)	BASE (5V-5Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V-5Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5V-5Hz)	RUEDAS (5Hz)	OBSERVACIONES
1054	6.394.6	Si	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 Min	Generó Alarma	No	X	Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento			

PRUEBAS REALIZADAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS REALIZADAS DE SALIDA DE EQUIPO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Hrs)	Pila (5 Hrs)	"Flujo a 0" (LL-ES)	RELILLAS (5V-5Hz)	FILTROS (5V-5Hz)	BASE (5V-5Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V-5Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5V-5Hz)	RUEDAS (5Hz)	OBSERVACIONES
1059	6.293.5	Si	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO