ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	DAD-MAM-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/03/2019
	Página 1 de 2

Fecha Revisión | Revisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: SN0122576 | Fecha Inicio: 04/8/21 10:00 | Fecha Fin: 04/8/21 12:27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO DESPUES DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLARIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES REPORTADOS POR PACIENTE:

MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90%-99%)	FLUJOMETRO (5l/4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/4m)	Pila (5l/4m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	SELLAS (5l/4m)	FILTROS (5l/4m)	BASE (5l/4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l/4m)	MANIJA (5l/4m)	RUEDAS (5l/4m)	OBSERVACIONES
	2609	6.6	91.4	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	MTO Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Generó Alarma: No X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena X | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	N/A
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	N/A
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	N/A
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N/A
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	N/A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N/A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N/A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

CONTROL DE CALIDAD

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90%-99%)	FLUJOMETRO (5l/4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/4m)	Pila (5l/4m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	SELLAS (5l/4m)	FILTROS (5l/4m)	BASE (5l/4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l/4m)	MANIJA (5l/4m)	RUEDAS (5l/4m)	OBSERVACIONES
	2609	6.6	90.9	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO: