



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
OC02/014-14-03
Versión: 1
Fecha Actualización: 02/02/2014
Página 1 de 2

Fecha Recepción: Revisión # Asesor Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Código Equipo: **SN 0145880** Fecha Inicio: **04/3/21 10:00** Fecha Fin: **04/3/21 12:19**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA / DAÑO / FLAJO / DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NO. REPORTE	REPARO / CAMBIO

DETALLE POSICIONALES DE DAÑO POR PAGINA:

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ODÓMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0"	RELLAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	BISE (SI/NO)			
653	6.793.0	5	5	5	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	Mnto Preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		No		X		SI	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		X	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		X		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		X	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		T. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		X		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión sanitaria del equipo	N/A
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	N/A
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	N/A
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	N/A
6	Otro:		Fuerte
7	Otro:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Verificación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cero flujo en x)	Se verifica activación de alarma (L1 - L0 - E0)	N/A
2	Flujo Maluco	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L0-E0))	N/A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	N/A
5	Activación de válvula de aire	Control manómetro de salida de aire de compresor	N/A
6	Otro:		N/A
8	Otro:		
4	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ODÓMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0"	RELLAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	BISE (SI/NO)			
653	6.692.4	5	5	5	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: _____