

Fecha Revisión: \_\_\_\_\_ Revisión #: \_\_\_\_\_ Asistir Mantenimiento: \_\_\_\_\_  
 No. Orden: \_\_\_\_\_

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO  
 Código Equipo: **NN-2752B** Fecha Inicio: **04/3/21 8:29** Fecha Fin: **04/3/21 8:55**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FAULT	DAÑO	SEGUREIDAD	DESCRIPCION	CONTROL	REPORTE	REPLUSTO CAMBIADO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

En Mantenimiento	HISTORICO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES					
					DESCONEXIÓN			"Flujo a 0"			SEALLES			FILTROS				BASE				
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)
	15/04	6.1	96.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI			Mto Preventivo						
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min	Carro Alarma		No	X														
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno	X	Malos	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Mdo								
4. DAÑOS IDENTIFICADOS																						
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	X	Con Sobrecalentamiento													

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión mecánica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK Fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

CANT	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Pila # 6 (Corte 840mwh)	Se verifica activación de alarmas (AL - LD - DS)	ES
2	Pila Menor	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y AL-LD-DS)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de agua	Chutar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HISTORICO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES					
					DESCONEXIÓN			"Flujo a 0"			SEALLES			FILTROS				BASE				
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)
	15/04	6.1	95.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI			PRIMA MANTENIMIENTO						