ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO	
Código	GAC-ORM-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 01/04/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-135B | Fecha Inicio: 05/8/21 8:33 | Fecha Fin: 05/8/21 10:20

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO/OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	O. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE:

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (lb / Pulg)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI - NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	16282	6.3	93.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 Min | Generó Alarma: Si [ ] No [X] D [ ] Cual?:
2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [X] Con Sobrecalentamiento [ ]

PRUEBAS REALIZADAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS REALIZADAS DESPUÉS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

No.	Prueba / Calibración	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Clave flujómetro)	Se verifica activación de alarma (LI - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y (LI-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Diagnostico línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (lb / Pulg)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI - NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	16284	6.2	92.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: