OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAC-MAN-FR-009
Versión 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-199B	Fecha Inicio	05/8/21 8:30	Fecha Fin	05/8/21 10:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PRUEBAS DE ALARMA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 1 Pts)	OXÍGENO (20% - 99%)	FLUJÓMETRO (Ml-Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ml-Hr)	Pila (Ml-Hr)	"Flujo a 0" (Ml-Hr)	REJILLAS (Ml-Hr)	FILTROS (Ml-Hr)	BASE (Ml-Hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ml - Hr)	MANILLA (Ml - Hr)	RUEDAS (Ml-Hr)	OBSERVACIONES
	12040	6.2	93.8	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mnto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 Min	Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RIADO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena X Con Sobrecalentamiento

PRUEBAS OPERATIVAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

PRUEBAS DE ALARMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS DE CALIDAD PARA VERIFICACIÓN DE LOS PARAMETROS DE LA ESTACIÓN DE CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rayómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo = LED amarillo y (LL-LS-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 1 Pts)	OXÍGENO (20% - 99%)	FLUJÓMETRO (Ml-Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ml-Hr)	Pila (Ml-Hr)	"Flujo a 0" (Ml-Hr)	REJILLAS (Ml-Hr)	FILTROS (Ml-Hr)	BASE (Ml-Hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ml - Hr)	MANILLA (Ml - Hr)	RUEDAS (Ml-Hr)	OBSERVACIONES
	12041	6.0	92.6	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO