ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: Código GAD-MAN-PR-008 | Versión 1 | Fecha Actualización 8/08/2018 | Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: MN-1694B | Fecha Inicio: 29/07/21 13:17 | Fecha Fin: 30/07/21 11:09

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

INVENTARIO SUMINISTRADO (RESPUESTA DE SERVICIO)

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IDENTIFICACIÓN	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ANORMALES DADOS POR PACIENTE:

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0–7 PSI)	OXÍGENO (93%–99%)	FLUJÓMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 l/min)	Pila (5 l/min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (30 hrs)	FILTROS (50 hrs)	BASE (50 hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10–100)	MANGA (10–100)	RUEDAS (5 l/min)	OBSERVACIONES
	6577	6.1	87.9	5	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3 min	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	E2
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Alarma E2, cambio tarjeta principal								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Tarjeta principal S/N: 2020081100051 Tamiz	1			
		2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Aspirante)	Se verifica activación de alarmas (LL – LO – ES)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma severa	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
8	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0–7 PSI)	OXÍGENO (93%–99%)	FLUJÓMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 l/min)	Pila (5 l/min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (30 hrs)	FILTROS (50 hrs)	BASE (50 hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10–100)	MANGA (10–100)	RUEDAS (5 l/min)	OBSERVACIONES
	008	6.1	93.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: