ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OXIPRO-FR-008
Versión: 1
Fecha Actualización: 03/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo:	NN-3879B	Fecha Inicio:	06/8/21 8:16	Fecha Fin:	06/8/21 10:14

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PROVEEDOR

DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 93%)	FLUJOMETRO (3 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (60 seg)	PRUEBAS DE ALARMA: Pita (60 Seg)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	SENSORES (30 Seg)	FILTROS (30 Seg)	BASE (15 Seg)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (01 - 002)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (03 - 060)	RUEDAS (30 seg)	OBSERVACIONES
	1946	6.8	93.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genero Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	X	Con Sobrecalentamiento				

PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVENTIVO / CALIBRACIÓN

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 93%)	FLUJOMETRO (3 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (60 seg)	PRUEBAS DE ALARMA: Pita (60 Seg)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	SENSORES (30 Seg)	FILTROS (30 Seg)	BASE (15 Seg)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (01 - 002)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (03 - 060)	RUEDAS (30 seg)	OBSERVACIONES
	1949	6.3	97.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO