OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	G-MO-MAN-FR-006
Versión: 1	Fecha Actualización: 07/05/2018
	Página 1 de 2

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Ordén	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-538B	Fecha Inicio	09/18/21 8:20	Fecha Fin	09/18/21 9:55

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	Si		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	RECILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	3480	6.6	94.0	Si	Si	Si	LO	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mnto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba:	90 min	General Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X Malo
5. GAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento			

PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 9 S. V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS FUNCIONALES DESPUES DE MANTENIMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	LO
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES))	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tubería de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	RECILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	3480	6.3	93.0	Si	Si	Si	LO	Si	Si	Si	NO	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO