



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 01
 Versión: 1
 Fecha Actualización: 20/02/19
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Revisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____
 Código Equipo: **SN0137943** Fecha Inicio: **09/8/21 8:13** Fecha Fin: **09/8/21 9:34**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____

FALLA	CÓDIGO	TIPO DE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	REPARACIÓN	FECHA FIN AISLAMIENTO	
						SI	NO

DETALLES ADICIONALES CAUSAS POR FALTA DE: _____

En Mantenimiento	HUMIDIMETRO	PRESIÓN	CARGO	FILTROMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLenos	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Plu	Flujo a 0"				SIZE (1-10)	MARKA (1-10)		
1044	6.8	93.0	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Mnto Preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min	Genero Alarma	Si	X	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
2. RUEDO EXTRAÑO	Si	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	X	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
4. DAÑOS IDENTIFICADOS														
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. y	Verifica voltaje en la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	N/A
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	N/A
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	N/A
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	N/A
6	Otras:		Fuerte
7	Otras:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Inspección	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Circuito Respirador)	Se verifica activación de alarmas (LI - ED)	N/A
2	Flujo Masico	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo o LED amarillo y EL-LI-ED)	N/A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	N/A
5	Activación de válvula de alivio	Operar manopla de salida de aire de compresor	N/A
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	HUMIDIMETRO	PRESIÓN	CARGO	FILTROMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLenos	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Plu	Flujo a 0"				SIZE (1-10)	MARKA (1-10)		
1044	6.6	92.6	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	PRIMA MANTENIMIENTO