ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OXIMAN-FR-008
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	SN 0193972	Fecha Inicio	09/8/21 9:27	Fecha Fin	09/8/21 9:57

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] — FECHA INICIO AISLAMIENTO: [ ] — FECHA FIN AISLAMIENTO: [ ]

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	O. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

DIAGNÓSTICO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (10 Seg)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (10 Seg)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo ± 5" (LO-ES)	REJILLAS (10 Seg)	FILTROS (10 Seg)	BASE (5 Seg)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 - 120)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (10 - 400)	RUEDAS (10 Seg)	OBSERVACIONES
	3886	7.0	92.4	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Mnto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 MIN	Genera Alarma	No	X	D		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento				

PRUEBAS OBLIGATORIAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	N/A
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	N/A
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	N/A
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es igual o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS CAMBIADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA Y FUNCIONAMIENTO CONCENTRADOS

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N/A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	N/A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	N/A
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	N/A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N/A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/min)	* PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (10 Seg)	* PRUEBAS DE ALARMA: Pila (10 Seg)	* PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo ± 5" (LO-ES)	REJILLAS (10 Seg)	FILTROS (10 Seg)	BASE (5 Seg)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 - 120)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (10 - 400)	RUEDAS (10 Seg)	OBSERVACIONES
	3886	7.0	92.0	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO: