

OX Pro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMA 0	
		Código		Código PRECIS		Página 1 de 2	
Fecha Recepción		Revisión #		Auditor Mantenimiento		No. Orden	
IDENTIFICACION DEL EQUIPO							
Codigo Equipo		Fecha Inicio		Fecha Fin		1052	
NN-4645		11/8/21 8:22		11/8/21			
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA							
SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
X							
CANTIDAD		DESCRIPCION		CANTIDAD		REPORTE	
1		Filtro central		1		SI X NO	
						SI NO	
						SI NO	
						SI NO	
						SI NO	
						SI NO	
						SI NO	
						SI NO	
DETALLES ADICIONALES DATOS POR FACILITAR							
PRUEBAS DE ALARMA							
En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA		CÓDIGO DE BARRAS		OBSERVACIONES	
Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA		CÓDIGO DE BARRAS		OBSERVACIONES	
11/8/21 6:29/10		SI SI SI		ES SI SI SI NO SI SI		Mrb Preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generador Alarma		Cant	
		2 horas		No X		Cant	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS	
		X		Buenas		X	
4. DAÑOS IDENTIFICADOS				4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno X Malo	
E. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		F. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena X	
Buena						Con Sobrecalentamiento	
PRUEBAS DE ALARMA							
No.		Prueba / Situación		Descripción		Observaciones	
1		Escala Pp 5.5 V		Verifica voltaje de la pila		H. qu	
2		Prueba de Fugas		Se verifica conexión neumática del equipo		OK	
3		Conexión eléctrica		Se verifican las conexiones eléctricas del equipo		OK	
4		Conexión electrónica		Se verifican las conexiones electrónicas del equipo		OK	
5		Prueba de alarma		Se verifica sonido si es agudo o fuerte		Fuerte	
6		Otro:					
7		Otro:					
Descripción del alarmando identificado							
PRUEBAS DE ALARMA							
No.		Prueba / Situación		Descripción		Observaciones	
1		Flujo = 0 (Cierre fugas)		Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - ES)		ES	
2		Flujo Máximo		Se verifica activación de alarma nivel y zona (LED Rojo o LED amarillo y L1-L2-ES)		LO	
3		Desconexión eléctrica		Activación alarma zona		OK	
4		Desconexión tarjeta de flujo		Desconexión línea eléctrica		OK	
5		Activación de alarma de pila		Ocultar temporero de sensor de aire de compresor		OK	
6		Otro:					
7		Otro:					
8		Otro:					
PRUEBAS DE ALARMA							
En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA		CÓDIGO DE BARRAS		OBSERVACIONES	
Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA		CÓDIGO DE BARRAS		OBSERVACIONES	
11/8/21 6:29/10		SI SI SI		ES SI SI SI NO SI SI		FIRMA MANTENIMIENTO	