# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: [illegible]
Versión: 1
Fecha Actualización: 01/09/2018
Página 1 de 2

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## IDENTIFICACION DEL EQUIPO

| Código Equipo | NN-23878 | Fecha Inicio | 11/8/21 2:13 | Fecha Fin | 11/8/21 4:30 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | O. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | | Base Concentador Filtro Externo Central | 1 | | Si | X | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## No. ORDEN DE MANTENIMIENTO

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5-7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (20 lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 Hz) | Pila (20 Hz) | "Flujo x 0" (LO-ES) | REJILLAS (20 Hz) | FILTROS (20 Hz) | BASE (20 Hz) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 - 100) | MANGUERA (20 - 100) | RUEDAS (20 Hz) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1646 | 6.8 | 93.5 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | NO | Si | Si | Mto Preventivo |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 90 min | Genero Alarma | No | X | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno X | Malo |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | X | Con Sobrecalentamiento | | | | |

## PRUEBAS DE OPERACION

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 3.5 V | Verifica voltaje de la pila | 5.0V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripcion del diagnóstico identificado

## REPUESTOS UTILIZADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## PRUEBAS DE OPERACION DESPUES DE MANTENIMIENTO O CALIBRACION DE EQUIPOS

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo + 0 (Cierre Rotametro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LOO Flujo + LEO amarilla y LL-LO-ES) | LO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconexión linea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5-7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (20 lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 Hz) | Pila (20 Hz) | "Flujo x 0" (LO-ES) | REJILLAS (20 Hz) | FILTROS (20 Hz) | BASE (20 Hz) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 - 100) | MANGUERA (20 - 100) | RUEDAS (20 Hz) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1646 | 6.5 | 93.1 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | NO | Si | Si | |

FIRMA MANTENIMIENTO