ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXiPro

FORMATO	
Codigo	GAS-MAN-PR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Revisión | Revisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: DM200617125 | Fecha Inicio: 11/8/21 9:35 | Fecha Fin: 11/8/21 11:05

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO: X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

INFORMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

DIAGNOSTICO DEL EQUIPO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 Psi)	OXIGENO (88% - 95%)	FLUJOMETRO (10 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (20 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LED Rojo)	REJILLAS (20 - Hz)	FILTROS (20 - Hz)	BASE (20 - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (20 - Hz)	RUEDAS (20 Hz)	OBSERVACIONES
	6to	8.4	94.2	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Mto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba:	90 min	Camara Abierta:	No	X	Si	Cual?
2. RUIDO ESTRAÑO	Si	No: X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas: X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno: X / Malo
5. GAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena: X		Con Sobrecalentamiento		

PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	N/A
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	N/A
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	N/A
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS SUMINISTRADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo < 6 (Clare flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	N/A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y LL-LS-ES)	N/A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	N/A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N/A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

DIAGNOSTICO DEL EQUIPO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 Psi)	OXIGENO (88% - 95%)	FLUJOMETRO (10 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (20 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LED Rojo)	REJILLAS (20 - Hz)	FILTROS (20 - Hz)	BASE (20 - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (20 - Hz)	RUEDAS (20 Hz)	OBSERVACIONES
	6to	8.0	93.9	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO: