ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAO-MAN-FR-009
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/08/2016
Página 1 de 2

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-2357B	Fecha Inicio	12/8/21 3:00	Fecha Fin	12/8/21 4:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	OXIGENO (99% - 95%)	FLUJOMETRO (30 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (90 dB)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vcc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (35 lpm)	FILTROS (45 lpm)	BASE (35 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 90s)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (30 - 90)	RUEDAS (30 lpm)	OBSERVACIONES
Ant	6.3	90.1	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Moto Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 Min	Genera Alarma	No		Si	X	Cual?	ES

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	X	Cor. Sobrecalentamiento	

PROCEDIMIENTO PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V.	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumático del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado	

REPUESTOS CAMBIADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro Bacterias	1			
	Tarjeta Flujo	1			

PROCEDIMIENTO VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre Rejillas)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión Tarjeta de flujo	Desconecta fase eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
8	Otros		
9	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	OXIGENO (99% - 95%)	FLUJOMETRO (30 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (90 dB)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vcc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (35 lpm)	FILTROS (45 lpm)	BASE (35 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 90s)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (30 - 90)	RUEDAS (30 lpm)	OBSERVACIONES
Post	6.3	92.5	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO