OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAS-MAN-PR-006
Versión: 1 Fecha Actualización: 02/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1205B	Fecha Inicio	12/8/21 8:18	Fecha Fin	12/8/21 9:56

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	HAY ESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	ORIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-15l)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-15l)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-15l)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-LO-ES)	REJILLAS (5l-15l)	FILTROS (5l-15l)	BASE (5l-15l)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 10l)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l - 10l)	RUEDAS (5l-15l)	OBSERVACIONES
	7888	6.6	94.8	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mnto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	X		Con Sobrecalentamiento				

PARAMETROS DE SALIDA

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CONCENTRADOR

No.	Prueba / Sensor(es)	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Gabinete)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	E5
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir resguardo de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	ORIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-15l)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-15l)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-15l)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-LO-ES)	REJILLAS (5l-15l)	FILTROS (5l-15l)	BASE (5l-15l)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 10l)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l - 10l)	RUEDAS (5l-15l)	OBSERVACIONES
	7888	6.5	99.1	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	NO	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO