ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO
Código: GSO-MAT-FR-009
Versión: 1
Fecha Actualización: 03/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Asistir Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NV-20770	Fecha Inicio	17/08/21 7:47	Fecha Fin	17/08/21 9:31

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

HISTORIA SEGÚN ESTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARÁMETROS DE ESTADO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 - 6 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 - 60)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (10 Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo ± 0" (LO - ES)	REJILLAS (20 - 40)	FILTROS (20 - 40)	BASE (20 - 40)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 100)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (20 - 100)	RUEDAS (20 Min)	OBSERVACIONES
	7807	6.7	92.2	5l	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genera Alarma	No X	Si	Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento			

PRUEBAS ELECTRICAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si el equipo o fuera	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

VERIFICACIÓN DE ALARMA Y VERIFICACIÓN DE CALIBRACIONES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre Rotámetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión toma de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir momentáneamente la salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 - 6 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 - 60)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (10 Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo ± 0" (LO - ES)	REJILLAS (20 - 40)	FILTROS (20 - 40)	BASE (20 - 40)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 100)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (20 - 100)	RUEDAS (20 Min)	OBSERVACIONES
	7809	6.5	90.7	5l	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.