

Fecha Revisión: _____ Revisión #: _____ Asista: _____
 Fecha Inicio: **17/8/21 11:30** Fecha Fin: **17/8/21 4:30**

ENTRADA: REPORTEADO OPERADOR DE SERVICIO

Código Equipo: **NN-1401B**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA FIN AISLAMIENTO	REPORTE	REQUIERTE/REARADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR TECNICO

ENTRADA: RESULTADO DE LAS PRUEBAS

En Mantenimiento	HUMIDIFICACION	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	PIA	"Flujo a 0"	REGULAS	FILTROS	BASE	BASE			
1320	6.8	92.9	5	5	5	5	E5	5	5	5	5	5	5	Mto Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba **7 min** Genero Alarma: No Si Call? **E5**

2. RUIDO EXTRAÑO: Si No 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena Mala 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena No

6. ESTADO DE LAS CONDICIONES: **Buena** 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Mala Con Subresfriamiento:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado PIA S E V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión de las líneas	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de la alarma o fuerte	Fuerte
6	Otras:		
7	Otras:		

Descripción del elongado del estado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
191	Fogito rojo				
	SN: 751231497296010				

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Regulador)	Se verifica regulación de aire tras (L1 - L2 - E5)	E5
2	Fuga de agua	Se verifica regulación de sistema rojo y verde (LED Rojo o LED verde y L1-L2-E5)	LO
3	Conexión eléctrica	Activado alarma sonora	OK
4	Operación de la tapa de fuga	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activado de salida de aire	Control manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

ENTRADA: RESULTADO DE LAS PRUEBAS

En Mantenimiento	HUMIDIFICACION	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	PIA	"Flujo a 0"	REGULAS	FILTROS	BASE	BASE			
1320	6.2	93.5	5	5	5	5	E5	5	5	5	5	5	FIRMA MANTENIMIENTO	