OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-000
Versión 1	Fecha Actualización: 03/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remitido		Remisión #		Auditor Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1580B	Fecha Inicio	18/8/21 8:04	Fecha Fin	18/8/21 8:34

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ARCHIVO MANTENIMIENTOS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (20 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 Hrs)	Pila (10 Hrs)	"Flujo a 0" (1.0 ES)	REJILLAS (10 Hrs)	FILTROS (20 Hrs)	BASE (20 Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - NO)	MANGA (20 - NO)	RUEDAS (20 Hrs)	OBSERVACIONES
	14038	6.5	93.5	Si	Si	Si	LO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mnto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Correct. Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena X
Con Sobrecalentamiento	

PRUEBAS DE ALARMA

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS UTILIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS DE ALARMA

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	LO
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo e LED amarillo y LL-LO-ES)	LL
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruye manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (20 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 Hrs)	Pila (10 Hrs)	"Flujo a 0" (1.0 ES)	REJILLAS (10 Hrs)	FILTROS (20 Hrs)	BASE (20 Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - NO)	MANGA (20 - NO)	RUEDAS (20 Hrs)	OBSERVACIONES
	14039	6.2	92.7	Si	Si	Si	LO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO