ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAN-FR-005
Versión: 1 Fecha Actualización: 03/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Revisión | Revisión # | Auditor Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: 7F55E2019070120 | Fecha Inicio: 18/8/21 8:07 | Fecha Fin: 18/8/21 10:38

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLAVE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ORDEN DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hrs)	Pila (12 Vdc)	"Flujo a 8" (LL/LO)	REALLAS (15 lbs)	FILTROS (60 lbs)	BASE (50 lbs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 - 40)	BARRAS (50 - 80)	RUEDAS (50 lbs)	OBSERVACIONES
	6283	6,9	93.3	Si	Si	Si	LL	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mnto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 Min	Genera Alarma	No [X]	Si [ ]	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas [X]	Malas [ ]	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno [X]		Con Sobrecalentamiento [ ]		

DIAGNOSTICO

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 8 (Cierre Rotametro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L/3 - ES)	LL
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-L/3-ES)	LL
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de pico de compresor	OK
6	Otros		
8	Otros		
9	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hrs)	Pila (12 Vdc)	"Flujo a 8" (LL/LO)	REALLAS (15 lbs)	FILTROS (60 lbs)	BASE (50 lbs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 - 40)	BARRAS (50 - 80)	RUEDAS (50 lbs)	OBSERVACIONES
	6281	6,6	93.3	Si	Si	Si	LL	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO