ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MM-FM-005
Versión: 1 | Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-3660B	Fecha Inicio	19/08/21 8:01	Fecha Fin	19/08/21 9:38

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO CON ALARMA DE DEFECTO

PLAGA	GRAVE	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (10 Hz)	Pila (20 Hz)	"Flujo o 0" (LO-ES)	REJILLAS (20 - Hz)	FILTROS (20 - Hz)	BASE (20 - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 100)	MANGA (20 - 100)	RUEDAS (20 Hz)	OBSERVACIONES
	11585	6.5	98.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Correcto Alarma	X	Si	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bien X	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5,5 V	Verifica voltaje de la pila	4,8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica correcta neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO CONCENTRADORES DE OXIGENO

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre Rapidmatic)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tubería de flujo	Desconexión linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (10 Hz)	Pila (20 Hz)	"Flujo o 0" (LO-ES)	REJILLAS (20 - Hz)	FILTROS (20 - Hz)	BASE (20 - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 100)	MANGA (20 - 100)	RUEDAS (20 Hz)	OBSERVACIONES
	11566	6.3	92.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.