ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXiPro

FORMATO	
Código	GAS-MAN-PR-029
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/03/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: 7FSITY207003 0000110 | Fecha Inicio: 19/08/21 8:02 | Fecha Fin: 19/08/21 9:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO: X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	FALTE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

PRUEBAS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXÍGENO (91%-95%)	FLUJÓMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (LL-LO)	Pila (Normal)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-No)	MANIJA (SI-No)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	2775	6.6	94.0	5l	5i	5i	ES	5i	5i	5i	NO	5i	5i	Mant Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90min | Generó Alarma: X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno | 5i | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES LO
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXÍGENO (90%-95%)	FLUJÓMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (LL-LO)	Pila (Normal)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-No)	MANIJA (SI-No)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	2776	6.4	93.3	5l	5i	5i	ES	5i	5i	5i	NO	5i	5i	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.