ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	GAD-MAN-FR-029
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/06/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-4153B	Fecha Inicio	19/08/21 8:02	Fecha Fin	19/08/21 4:36

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTANDO FINALIZACIÓN DE SERVICIO

PLAGA	DAÑO	PLAGA Y DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES CUIDADO POR PACIENTE

PRUEBA FUNCIONAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6–7 PSI)	OXIGENO (90%–95%)	FLUJOMETRO (5Lmin)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Visible)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si–No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI–NA)	FILTROS (SI–NA)	BASE (SI–NA)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI–NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI–NO)	RUEDAS (SI–NA)	OBSERVACIONES
	10499	4.0	60.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Falta Correctamente

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3 min	Generó Alarma	No		SI	X	Cual?	El
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	X
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo						
6. DAÑOS IDENTIFICADOS									
8. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Si		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento			

PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tubo Refrigeración	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL + LO + ES)	ES
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

PRUEBA FUNCIONAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6–7 PSI)	OXIGENO (90%–95%)	FLUJOMETRO (5Lmin)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Visible)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si–No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI–NA)	FILTROS (SI–NA)	BASE (SI–NA)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI–NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI–NO)	RUEDAS (SI–NA)	OBSERVACIONES
	10500	6.1	93.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]