

		<b>ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES</b>				FORMATO Carga: 04/03/2019-PR-009 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/03/2019 Página 1 de 2	
Fecha Recepción	Revisión #	Ajustar Mantenimiento				No. Orden	
<b>IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO</b>							
Código Equipo	nr-20613		Fecha Inicio	17/08/21 9:27	Fecha Fin	17/08/21 11:33	
<b>EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA</b>		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
METODOS RECOMENDADOS PARA EL MANEJO	FAJLA	EMBO	COBERTURAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
				Switch encendido	2	SI	X
				Filtro lateral	2	SI	X
						SI	No
						SI	No
						SI	No
DETALLES PRINCIPALES DADOS POSTRÁCTICO							

<b>PRUEBAS DE ALARMA</b>												<b>OBSERVACIONES</b>			
En Mantenimiento	HORA METRO	PRESIÓN	ORIBENIO	FLUJOMETRO	DESCRIPCIÓN			RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		
					Desconexión	Pila	"Flujo a L"				BASE (20-100)	BARRA (20-100)			RUEDAS
	9249	6.6	92.9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Plant Correctivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 horas		Generó Alarma		SI		SI		Cód7			
2. RUGO EXTRAÑO		SI		IX		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	4.8v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o tarde	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Flujo a D (Cierre Seguridad)	Se verifica activación de alarma (L1 - L0 - D0)	ES
2	Flujo Manual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED azul y 3.1-10-25)	ES
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Bueno
5	Activación de estado de alerta	Obtener respuesta de estado de aire en compresor	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

<b>PRUEBAS DE ALARMA</b>												<b>OBSERVACIONES</b>			
En Mantenimiento	HORA METRO	PRESIÓN	ORIBENIO	FLUJOMETRO	DESCRIPCIÓN			RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		
					Desconexión	Pila	"Flujo a L"				BASE (20-100)	BARRA (20-100)			RUEDAS
	9259	6.2	90.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento William G.
FECHA MANTENIMIENTO															