ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAO-GRA-FR-008
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Cirdas	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-2663B	Fecha Inicio	18/08/21 10:02	Fecha Fin	19/08/21 11:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

REVISIÓN REPORTADA POR OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLAVE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			filtro interno (faltante)	1		SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

OTRA LISTA ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

MANTENIMIENTO

Es Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0–7 PSI)	OXIGENO (93%–96%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (6 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo = 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI / No)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	1836	6.5	91.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	5 min	Generó Alarma	No	Si X	Cual?	E2
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Presento alarma E2						
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tarjeta principal S/N: 20200811000070	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LI - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0–7 PSI)	OXIGENO (93%–96%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (6 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo = 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI / No)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	005	6.3	91.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]