



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-004-18-008
Versión 1 Fecha Actualización: 09/08/2018
Página 1 de 3

Fecha Remisión: _____ Repuesto a: _____ Ajuste Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **MU-31293** Fecha Inicio: **23/09/21** 9:17 Fecha Fin: **27/09/21** 11:31

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	NO. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (1-4)	Pila (1-4)	"Flujo a 5" (1-4)	RELLANAS (1-4)	FILTROS (1-4)	BASE (1-4)				
18191	65	93.5	5r	5r	5r	5r	ES	5r	5r	5r	5r	5r	5r	12v Presentes
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min	Gener. Alarma										
2. RUIDO EXTRAÑO					3. ESTADO DE MANGUERAS									
3. DAÑOS IDENTIFICADOS														
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila C.S. V.	Verifica voltaje de la pila	5r
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ox
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ox
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ox
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido a su agudo o fuerte	ox parke
6	Otro		
7	Otro		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba y Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre Apagador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	ES
2	Flujo Manos	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) (L1-L2-ES)	ox
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	ox
4	Desconexión tarjeta de Red	Desconecta línea eléctrica	ox
5	Activación de válvula de alivio	Operar manivela de salida del aire de compresor	ox
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (1-4)	Pila (1-4)	"Flujo a 5" (1-4)	RELLANAS (1-4)	FILTROS (1-4)	BASE (1-4)				
18155	64	91.4	5r	5r	5r	ES	5r	5r	5r	5r	5r	5r	5r	Correcto funcionamiento Héctor C.