ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO	
Código	OAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/04/2019
	Página 1 de 2

Fecha Revisión: | Revisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NAV-443 B | Fecha Inicio: 24/08/21 7:43 | Fecha Fin: 24/08/21 9:53

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

ANOTAR REPORTADO OPERATIVO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Nº REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR EL CLIENTE:

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (95%-99%)	FLUJOMETRO (10-15lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (60 Seg)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5-9Vcc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ED)	REJILLAS (10-15lts)	FILTROS (10-15lts)	BASE (10-15lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10"-15D)	CÓDIGO DE BARRAS: MEMBRA (10"-15D)	RUEDAS (10-15lts)	OBSERVACIONES
13480	6.5	94.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	General Alarma	No [X]	Si [ ]	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena [X]	Malas [ ]	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena [X] Mala [ ]
6. DAÑOS IDENTIFICADOS							
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Ok fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suministro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ED)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja + LED amarilla y (LL-LO-ED)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

Ri Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (95%-99%)	FLUJOMETRO (10-15lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (10-15s)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (10-15s)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ED)	REJILLAS (10-15lts)	FILTROS (10-15lts)	BASE (10-15lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10"-15D)	CÓDIGO DE BARRAS: MEMBRA (10"-15D)	RUEDAS (10-15lts)	OBSERVACIONES
13482	6.5	93.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.