ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXiPro

FORMATO	
Código:	OXIAMA-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Revisión: | Revisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: 7FSAB2019520006 | Fecha Inicio: 24/08/21 7:37 | Fecha Fin: 24/08/21 9:43

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA REPORTADO (INTERCONSUMO)

FALLA	CAUSA	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR TÉCNICO:

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento

HIGRÓMETRO (RH)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXÍGENO (20%-25%)	FLUJÓMETRO (0-15)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-15)	Pila (0-15)	"Flujo x 0" (LO-0)	RELILLAS (0-15)	FILTROS (0-15)	BASE (0-15)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50-100)	MANGUERA (50-100)	RUEDAS (0-15)	OBSERVACIONES
5639	6.9	93.1	Si	Si	Si	LL	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 9 min | Generó Alarma: A | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] [ ] Malo | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] [ ] Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Si | Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clave Supervisor)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - 0S)	LL
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo x LED amarilla y (LL-LO-0S)	LL
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento

HIGRÓMETRO (RH)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXÍGENO (20%-25%)	FLUJÓMETRO (0-15)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-15)	Pila (0-15)	"Flujo x 0" (LO-0)	RELILLAS (0-15)	FILTROS (0-15)	BASE (0-15)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50-100)	MANGUERA (50-100)	RUEDAS (0-15)	OBSERVACIONES
5630	6.8	92.4	Si	Si	Si	LL	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.