

Fecha Remisión: Remisión #: Acórr: Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **AN-2583** Fecha Inicio: **23/08/11 9:00** Fecha Fin: **23/08/11 10:43**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI: NO: **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	CANTIDAD	NO. REPORTE	REEMPLAZO CAMBIADO
FALLA "DARO" CLASE BARGO filtra lateral (desgaste)	2		X

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OBSERVO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Descripción (Pila)	Pila (Pila)	"Flujo a 0"	RELLANAS	FILTROS	BASE	BASE (SI-RO)				BASE (SI-RO)
1446	6.5	95.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	North Power Fine
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		General Alarma		X							
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	SI	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena									
6. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Registros)	Se verifica actuación de alarmas (L1-L0-ES)	ES
2	Flujo Normal	Se verifica actuación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo (L1-L0-ES))	L0
3	Desconexión eléctrica	Actuación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Actuación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OBSERVO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Descripción	Pila	"Flujo a 0"	RELLANAS	FILTROS	BASE	BASE (SI-RO)				BASE (SI-RO)
1446	6.1	92.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento Valentin G.