ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Código	FORMATO
Versión: 1	GAD-MAN-FR-028
	Fecha Actualización: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NN. 3007B | Fecha Inicio: 24/08/21 7:40 | Fecha Fin: 24/08/21 9:31

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

ITEM REPORTADO DIRECTAMENTE DE REMISIÓN	FALLA	CAMB.	CAUSA CAMB.	DESCRIPCION	CANTIDAD	D. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
							SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Vdc)	Pila (5 Vdc)	"Flujo a 0" (2.5 VDC)	HUELLAS (5 Vdc)	FILTROS (5 Vdc)	BASE (5 Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 Vdc)	BARRAS (10 Vdc)	RUEDAS (5 Vdc)	OBSERVACIONES
	14759	4.1	64.1	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	5 min	Genera Alarma	No		Si	X	Cual? El
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	6.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS CAMBIADOS: CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera Tubo Refrigeración	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Aplicativo)	Se verifica activación de alarmas (LI - LO - ES)	Lo
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecto linea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruí manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0" (LO-ES)	HUELLAS (5 Vdc)	FILTROS (5 Vdc)	BASE (5 Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (10 Vdc)	BARRAS (10 Vdc)	RUEDAS (5 Vdc)	OBSERVACIONES
	14759	6.3	92.9	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: