



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GAD-AMAL-PS-020  
Versión 1 Fecha Actualización 03.08.2015  
Página 1 de 2

Fecha Recepción: Remisión a: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: AN-1515B Fecha Inicio: 26/09/11 10:10 Fecha Fin: 26/08/11 11:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, TIPO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, IG. REPORTE, REPUERTO CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR FACIENTE'.

ANEXOS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OMBRENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMAS (Desconexión, Pila, Flujo a F), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten notes like 'Mont. preventivo'.

Tabla de Pruebas: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for voltage, leaks, electrical connections, and alarm sound.

REPERTORIO DE DAÑOS: Codigo, Descripción, Cant., Codigo, Descripción, Cant.

Pruebas de Simulación: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for alarm activation, max flow, electrical disconnection, and valve actuation.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OMBRENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten notes like 'funcionando correctamente' and a signature.